



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura “Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais odontológicos para atender as demandas das Equipes de Saúde Bucal e equipe do SESB, Programa Saúde na Escola e os Serviços do LRPD do Programa Brasil Sorridente e pacientes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

### 2. JUSTIFICATIVA:

O município de Teodoro Sampaio - Bahia conta hoje com 04 (quatro) equipes de saúde bucal nas unidades de saúde da família, sendo 02 (duas) na zona urbana e 02 (duas) na zona rural, onde são ofertados atendimentos de urgências odontológicas e realização de tratamento odontológico preventivo e restaurador/reabilitador dos pacientes. Para tanto, são necessárias a reposição e a renovação do estoque dos materiais odontológicos e dos equipamentos odontológicos utilizados em tais atendimentos.

O fornecimento de materiais odontológicos segue um fluxo anual, por meio de elaboração de Termo de Referência, e a previsão de consumo é baseada em uma média de consumo dos anos anteriores e nos atendimentos realizados pelas equipes de saúde bucal nas unidades de saúde do município.

É mister salientar que o município no ano de 2024 foi contemplado com o Serviço de Especialidades em Saúde Bucal – SESB, previsto na portaria GM/MS Nº 751, de 15 de junho de 2023, sendo uma estratégia de ampliação da oferta de especialidades em saúde bucal, servindo de referência para as Equipes de Saúde Bucal – ESB da Atenção Primária à Saúde, o que fará aumentar a demanda dos serviços prestados gerando proporcionalmente o aumento com gastos de insumos e equipamentos de odontologia.

Diante disso, a aquisição de insumos/materiais e equipamentos odontológicos, assegura a continuidade dos serviços prestados, respeitando as diretrizes e princípios da Política Nacional de Saúde Bucal. Logo, a contratação pretendida está alinhada ao Plano Municipal de Saúde 2022-2025, a Programação Anual de Saúde 2024, à Política Nacional e Estadual de Saúde Bucal e ao Plano Anual de Contratações.

A quantidade prevista de materiais está conforme a demanda habitual das equipes de saúde bucal do município de Teodoro Sampaio - Bahia e SESB e decorrem da análise dos contratos anteriores, planilhas de consumo anual elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

### 3. DAS ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO OBJETO:

LOTE I – KITS DE HIGIENE BUCAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR	VALOR TOTAL



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

					UNIT	
1	<b>CREME DENTAL</b> com flúor ativo, 30g, higiene dental. Informações adicionais: o flúor solúvel (forma iônica) deverá ser de 1100 a 1500ppm. Flúor base na forma de fluoreto de sódio, o flúor total não poderá exceder 1500ppm. Impressão do número do lote e data de fabricação e validade em cada unidade. As embalagens deverão estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e Ministério da Saúde.	UND	5.000			
2	<b>ESCOVA DENTAL</b> - escova dental, material cerdas náilon e poliéster, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio, aplicação <b>infantil</b> .	UND	3.000			
3	<b>ESCOVA DENTAL</b> para <b>adultos</b> , cerdas médias com pontas arredondadas, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 01 ano, a contar da data da entrega do material, embalagem com 1 unidade. Validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega.	UND	5.000			
4	<b>ESTOJO</b> com logo da Prefeitura para kits contendo: 01 escova, 01 creme dental 75g e 01 fio dental 25m.	UND	3.000			
5	<b>FIO DENTAL</b> , embalagem com 25 mts fio	UND	2.500			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	dental em poliamida, encerado e aromatizado, em resina termoplástica resistente ao desfiamento e rompimento, em embalagem pocket de tampa flip, rolo de 25 metros com chancela de aprovação da abo. Validade mínima 3 anos					
6	<b>FIO DENTAL</b> , embalagem com 100 mts fio dental, material fio texturizado, comprimento 100 m, tipo regular, sabor neutro, características adicionais com flúor	UND	1.000			
7	<b>FLÚOR EM GEL</b> - 200ml fluoreto de sódio 2% gel neutro - fluoreto de sódio, em gel, contendo 2% de flúor neutro, com propriedade tixotrópica, com diversos sabores, em frasco de 200ml aproximadamente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega	FRASCO	100			
8	<b>PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL</b> - aromatizada, com flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina (baixa abrasividade) 90 grs.	CAIXA	150			
<b>TOTAL GERAL DO LOTE I R\$.</b>						

<b>LOTE II – MATERIAIS DE CONSUMO (ANESTÉSICOS, SOLUÇÕES E OUTROS)</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>ÁCIDO FOSFÓRICO</b> 37% para esmalte e dentina. Pct com 3	UND	60	✓		



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	unidades (kit). <b>Marca de referência:</b> MAQUIRA ou com qualidade equivalente ou superior.					
2	<b>ADESIVO</b> com vitrebond copolímero, mdp e silano, tampa flip-top, uso em dentina úmida ou seca. Frasco 5ml. <b>Marca de referência:</b> FGM ou com qualidade equivalente ou superior.	FRASCO	60	✓		
3	<b>ÁGUA DEIONIZADA</b> – embalagem 5 litros	Galão	60	✓		
4	<b>ÁGUA OXIGENADA</b> 10 vol. Solução - água oxigenada 10 vol. Frasco de 1.000 ml.	LITRO	20	✓		
5	<b>ÁLCOOL</b> a 70% embalagem de 1 litro	Caixa com 12	150	✓		
6	<b>ANESTÉSICO</b> cloridrato de lidocaína 30mg/ml com hemidrato de norepinefrina 0,04mg/ml – 50 carpules de vidro com 1,8ml cada. <b>Marca de referência:</b> NOVA DFL ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA	80	✓		
7	<b>ANESTÉSICO</b> cloridrato de mepivacaína 3% - 50 carpules de 1.8ml cada anestésico injetável cloridrato de mepivacaína 3%, sem vaso constritor (longa duração). Acondicionados em tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Caixa com 50 tubetes. <b>Marca de referência:</b> NOVA DFL ou com qualidade equivalente ou superior.	FRASCO	80	✓		
8	<b>ANESTÉSICO</b> tópico gel 20% anestésico tópico-gel a base de aminobenzoato de etila, a 20% com sabor, validade mínima de 24 meses (embalagem c/ 12g).	FRASCO	40	✓		



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	<b>Marca de referência:</b> NOVA DFL ou com qualidade equivalente ou superior.					
9	<b>BICARBONATO DE SÓDIO ODONTOLÓGICO</b> - bicarbonato de sódio. Removedor mecânico de placa dentária, indicado para uso profilático odontológico. O pó deverá ser de coloração branca, cristalino e extra-fino. Para eliminar a placa bacteriana e materiais orgânicos com aroma natural para uso em aparelho de profilaxia (microjato de bicarbonato), frasco com 500 gramas com validade mínima de 02 anos.	FRASCO	80	✓		
10	<b>BLISTER DE LIMAS RECIPROC MISTO (R25, R40 e R50)</b> . São indicadas para preparação do sistema canal, retratamento do sistema canal (eliminação de obturação com Guta-percha ou obturação com Guta-percha e pino de suporte). <b>Marca de referência:</b> VDW ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA	05 (CX C/4 LIMAS)	✓		
11	<b>BLISTER DE LIMAS RECIPROC R25</b> . São indicadas para preparação do sistema canal, retratamento do sistema canal (eliminação de obturação com Guta-percha ou obturação com Guta-percha e pino de suporte). <b>Marca de referência:</b> VDW ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA	05 (CX C/4 LIMAS)	✓		
12	<b>CIMENTO DE IONÔMERO</b> de vidro,	UND	60	✓		



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	tipo resinoso, ativação fotopolimerizável, apresentação conjunto completo. <b>Marca de referência:</b> NOVA FGM ou com qualidade equivalente ou superior.					
13	<b>CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> life - indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais base. Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco. Autopolimerizável e resistente ao ataque ácido isola a polpa contra choque térmico. Mantém a vitalidade da polpa caso esta esteja exposta ou quase exposta. Validade mínima 24 meses. <b>Marca de referência:</b> DENTSPLY ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA	60	✓		
14	<b>CIMENTO DE IONÔ-MERO DE VIDRO</b> , tipo restauração, ativação autopolimerizável, característica adicional erosão máxima 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 min, apresentação. Conjunto completo. <b>Marca de referência:</b> FGM ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA	60	✓		
15	<b>DESSENSIBILIZANTE ODONTOLÓGICO 2%</b> - dessensibilizante em forma de gel 2% de clorexidina com baixa viscosidade com ação antibacteriana, disposto em seringa com 3gr. Caixa com 02 seringas.	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

16	<b>DIGLICONATO DE CLOREXIDINA</b> a 0,12% enxaguatório bucal sem álcool - 1 litro clorexidina digluconato, concentração 0,12%, forma farmacêutica colutório, frasco com 250ml. <b>Marca de referência:</b> RIOQUÍMICA ou com qualidade equivalente ou superior.	LITRO	90			
17	<b>ENDO-FROST</b> spray - gelo seco endo-ice spray 200ml	UND	10			
18	<b>FIXADOR</b> radiográfico odontológico – 500 ml	FRASCO	60			
19	<b>FORMOCRESOL 10 ml.</b> É uma solução essencial na odontologia, especialmente na área de Endodontia. Composta por uma mistura de cresóis e formol, essa solução atua como um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e viáveis para a conservação de dentes decíduos até sua queda fisiológica (pulpotomia). <b>Marca de referência:</b> MAQUIRA ou com qualidade equivalente ou superior.	FRASCO	15			
20	<b>INTERIM</b> (restaurador) líquido – 15 ml	CAIXA	30			
21	<b>KIT POLIMENTO PARA RESINA COMPLETO.</b> O kit conta com itens destinados para acabamento e polimento de resinas, oferecendo um trabalho seguro por conta do material de silicone em que é fabricado. Indicado para resinas compostas de um modo geral. <b>Marca de referência:</b> MICRODONT ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	superior.					
22	<b>LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO</b> - lubrificante odontológico, composição básica óleo mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta baixa rotação, características adicionais sem CFC.	UND	25			
23	<b>PASTA DE POLIMENTO</b> Diamond, seringa de 4 g	UND	25			
24	<b>PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA</b> – embalagem c/ 60	Frasco	20			
25	<b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL</b> para dentes anteriores e posteriores <b>A1</b> resina universal foto polimerizável, micro híbrida, com nanopartículas de 20 nm, cuja matriz inorgânica é composta de zircônia/sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas com 4 g nas cores a1/a2/ a3/ a3,5/a4/ b1/ b2/ b3/ c2/ d3/ oa2/ oa3. Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem e restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). <b>Marca de referência:</b> 3M ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	15			
26	<b>RESINA</b> 100% nanoparticulada cor <b>B2</b> universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca matriz orgânica bis-gma, bis-ema, udma e tegdma as partículas inorgânicas são uma combinação de	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	nanopartículas não aglomeradas de sílica com tamanho de 20 nm e nanoaglomerados de zirconia/silícia de 5 a 20 nm. O tamanho dos nanoaglomerados varia de 0,6 a 1,4 micrômetros. Tem 59,5% de carga em volume e 78,5 em peso. <b>Marca de referência:</b> 3M ou com qualidade equivalente ou superior.					
27	<b>RESINA DURAPIL A3</b> - resina Z250 XT A3 4gr. <b>Marca de referência:</b> 3M ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	10			
28	<b>RESINA Z 100 A3,5</b> - resina composta fotopolimerizável micro híbrida cor - A3,5 (seringa com 4 gr) Z100. <b>Marca de referência:</b> 3M ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	15			
29	<b>RESINA</b> composta fotopolimerizável micro híbrida cor - A2 (seringa com 4 gr) Z 100. <b>Marca de referência:</b> 3M ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	15			
30	<b>RESINA Z100 A1</b> - resinas compostas, fotopolimerizável, micro híbrida, reposição da resina z-100, seringa com 4 g, composta basicamente por zirconia sílica, bis-gma e tegdma, cor a3 - escala vita, embalada individualmente, constando externamente marca comercial proced.de fabricação, recomendações p/armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. <b>Marca de referência:</b> 3M ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

31	<p><b>RESINA FLUIDA A1, A2, A3, A3.5 (Flow).</b> Indicada para as restaurações dentárias estéticas definitivas anteriores ou posteriores como primeira aplicação (camada inicial) sob resinas compostas restauradoras, restaurações de microcavidades, restaurações cervicais, restaurações preventivas de resina em molares e pré-molares, reparos em restaurações de compósitos e de cerâmica, preenchimentos de socavados da estrutura dental, cimentação adesiva de restaurações de compósito ou cerâmica, splintagem de dentes com mobilidade, selamento de fósulas e fissuras profundas, colagem de fragmentos dentários.</p> <p><b>Marca de referência:</b> BIODINÂMICA ou com qualidade equivalente ou superior.</p>	BISNAGA	80 (20 und. de cada)			
32	<p><b>RESTAURADOR PRO-VISÓRIO</b> Coltosol 20mg cimento odontológico, tipo restaurador provisório, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta tipo resina.</p> <p><b>Marca de referência:</b> COLTENE ou com qualidade equivalente ou superior.</p>	UND	60			
33	<p><b>REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO</b> - revelador para filme radiográfico odontológico, composto de hidroxinona 2%, em</p>	FRASCO	25			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	solução pronta para uso, processamento manual, embalado em frasco com 1000ml aproximadamente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega					
34	<b>SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA</b> tópica 10 ml. <b>Marca de referência:</b> BIODINÂMICA ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	30			
<b>TOTAL GERAL DO LOTE II R\$.</b>						

LOTE III – INSTRUMENTAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>AFASTADOR LABIAL</b> Minnesota afastador odontológico, confeccionado em aço inox, conforme NBR 13915, passível de esterilização em meios físico químicos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	UND	20			
2	<b>AFASTADOR CIRÚRGICO</b> Minnesota É um instrumento para uso odontológico que serve para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação. <b>Marca de referência:</b> GOLGRAN ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	20			
3	<b>ALAVANCA</b> tipo Seldin,	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	jogo com 3 unid. adulto alavanca odontológica, material aço inoxidável, características adicionais reta, direita e esquerda, referência nº 2, esterilidade autoclavável					
4	<b>ALAVANCA Reta</b>	UND	15			
5	<b>APLICADOR</b> de hidróxido de cálcio duplo Angulado Inox. Autoclavável. Aplicador odontológico, aplicação p/ cimento hidróxido de cálcio, material aço inoxidável, características adicionais cabo longo, duplo, tipo ponta angulada.	UND	10			
6	<b>AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO</b> com proteção Tireoide Adulto - avental para proteção radiológica, Plumbífero, em nylon, flexível, proteção equivalente a 0,50mm de chumbo, tamanho g, com proteção total na frente e atrás até altura da cintura, com ombreiras e cinto elástico com travas que possibilitem o ajuste na cintura, o produto deverá apresentar registro de acordo com a legislação vigente	UND	03			
7	<b>AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO</b> com proteção Tireoide Infantil - Avental de chumbo para paciente com protetor de tireoide tamanho infantil.	UND	03			
8	<b>BANDEJA ODONTOLÓGICA</b> grande inox. Autoclavável. Bandeja para instrumental em aço inox 230x 13 x 10 mm -	UND	10			
9	<b>BANDEJA ODONTOLÓGICA</b> média - inox. Autoclavável - bandeja para instrumental, em aço inox, tamanho retangular	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	32x24x1,5cm					
10	<b>BROQUEIRO PERFURADO / ESTOJO</b> - inox autoclavável - broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 20 brocas, esterilidade: autoclavável.	UND	15			
11	<b>BRUNIDOR DUPLO</b> n° 2 - 16 cm; oitavado brunidor odontológico, material aço inoxidável, referência n° 29, aplicação acabamento em restaurações de amálgama.	UND	15			
12	<b>CABO PARA ESPELHO CLÍNICO</b> n° 5 - cabo espelho bucal, material aço inoxidável, formato oitavado, tipo uso autoclavável	UND	40			
13	<b>CABO PARA BISTURI</b> n° 15 e 12 - inox.; autoclavável cabo para bisturi n° 3 para lâminas n° 10 a 17; material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; tamanho: 13cm	UND	25			
14	<b>CAIXA DE METAL</b> odontológica organizadora - inox; autoclavável	UND	10			
15	<b>CALCADOR DE WARD</b> n° 1 - 16cm; com ponta dupla, arredondada e ângulo acentuado - calcador / condensador, material aço inoxidável, modelo Ward, características adicionais pontas duplas, referência n° 02, esterilidade autoclavável	UND	15			
16	<b>CALCADOR DE WARD</b> n° 2 - 16cm; com ponta dupla, arredondada e ângulo acentuado calcador / condensador, material aço inoxidável, modelo Ward, características adicionais pontas duplas, referência n° 02, esterilidade autoclavável	UND	15			
17	<b>CALCADOR DE WARD</b> n° 3 - 16cm com ponta dupla,	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	arredondada e ângulo acentuado - calcador / condensador, material aço inoxidável, modelo Ward, características adicionais pontas duplas, referência nº 03, esterilidade autoclavável					
18	<b>CALCADOR PAIVA NUMERO 1</b> Em aço inoxidável autoclavável. Indicado na endodontia para condensação vertical.	UND	15			
19	<b>CALCADOR PAIVA NUMERO 3</b> Em aço inoxidável autoclavável. Indicado na <i>endodontia</i> para condensação vertical.	UND	15			
20	<b>CURETA DE LUCAS</b> - inox; autoclavável cureta, material aço inoxidável, referência NR 87, formato côncavo corpo duplo, tipo Lucas.	UND	25			
21	<b>CURETA - FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00</b> extrator periodontal, material aço inoxidável, tipo foice ponta morse, modelo 0-00, tipo cabo 6 mm	UND	15			
22	<b>CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY nº 11-12</b> cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo Gracey, modelo nº 11-12, características adicionais cabo oco	UND	10			
23	<b>CURETA PERIODONTAL - CURETA, GRACEY, nº 1/2</b> cureta de Gracey confeccionada em aço inoxidável. Com corpo ranhurado e pontas perfeitamente delineadas para a função. apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.					
24	<b>CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY nº 13 -14</b> - cureta de Gracey confeccionada em aço inoxidável. Com corpo ranhurado e pontas perfeitamente delineadas para a função. apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.	UND	10			
25	<b>CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY nº 3-4</b> cureta - cureta de Gracey confeccionada em aço inoxidável. com corpo ranhurado e pontas perfeitamente delineadas para a função. apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.	UND	10			
26	<b>CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY nº 5-6</b> - cureta de Gracey confeccionada em aço inoxidável. Com corpo ranhurado e pontas perfeitamente delineadas para a função. Apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.					
27	<b>CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY nº 7-8</b> cureta confeccionada em aço inoxidável. Com corpo ranhurado e pontas perfeitamente delineadas para a função. apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.	UND	10			
28	<b>DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT 9</b> descolador de molt 09 cirúrgico, material aço inoxidável, tipo molt.	UND	15			
29	<b>ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO OITAVADO nº 1 - 16cm</b> escavador de dentina duplo confeccionado em aço inoxidável a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS. Autoclavável.	UND	15			
30	<b>ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO OITAVADO nº 2 - 16cm</b> escavador de dentina duplo confeccionado em aço inoxidável a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS. Autoclavável.					
31	<b>ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO OITAVADO nº 4</b> - 16cm escavador de dentina duplo confeccionado em aço inoxidável a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS. Autoclavável.	UND	15			
32	<b>ESPÁTULA DE RESINA DUPLA nº 1</b> espátula odontológica, material aço inoxidável com pontas em titânio, uso p/ aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c/ silicone, esterilização autoclavável.	UND	20			
33	<b>ESPÁTULA SILICATO DUPLA nº 1</b> fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, número 1, características adicionais caninos e incisivos superiores, tipo uso autoclavável	UND	15			
34	<b>ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO nº 24</b>	UND	10			
35	<b>ESPELHO CLÍNICO nº 5</b> - inox; autoclavável espelho clínico odontológico nº 5 primeiro plano (front surface). Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum	UND	60			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum.					
36	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 01</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, número 1, características adicionais caninos e incisivos superiores, tipo uso autoclavável.	UND	15			
37	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 150</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, características adicionais pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso autoclavável.	UND	15			
38	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 151</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, características adicionais pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso autoclavável	UND	15			
39	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 16</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, características adicionais molares inferiores ambos os lados.	UND	15			
40	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 17</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável - indicado para exodontias de molares inferiores. deverá estar de acordo com as normas técnicas do Ministério da	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	Saúde / ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.					
41	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 18 L</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável - fórceps odontológico, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma NBR ISO 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.	UND	15			
42	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 18 R</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável - fórceps odontológico, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma NBR ISO 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.	UND	15			
43	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 23</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável - fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, características adicionais molares inferiores, tipo uso autoclavável.	UND	15			
44	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 32</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável especificação:	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	confeccionado em aço inox, a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS, autoclavável.					
45	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 65</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo adulto, número 65, características adicionais extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso autoclavável.	UND	15			
46	<b>FÓRCEPS ADULTO nº 69</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps adulto nº 69 em aço inox, a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS, autoclavável.	UND	15			
47	<b>FÓRCEPS INFANTIL nº 01</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável - fórceps odontológico, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.	UND	15			
48	<b>FÓRCEPS INFANTIL nº</b>	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	<b>151</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo infantil, características adicionais dentes e raízes inferiores.					
<b>49</b>	<b>FÓRCEPS INFANTIL n° 17</b> - instrumento cirúrgico em aço inoxidável - fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo infantil, características adicionais molares inferiores, tipo uso autoclavável.	UND	<b>15</b>			
<b>50</b>	<b>LIMA PARA OSSO 12</b> - 18cm; produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420 - lima de osso para cirurgia odontológica, lima para osso tipo Seldin número 12, cabo contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inoxidável acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.	UND	<b>20</b>			
<b>51</b>	<b>PINÇA GOIVA / ALVEOLOTOMO CURVA</b> - produzido em aço inox; autoclavável pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta curva, comprimento 17 cm, modelo 1 goiva Luer.	UND	<b>15</b>			
<b>52</b>	<b>PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 16cm</b> - Inox; Autoclavável - Pinça anatômica dente de rato aproximadamente 16 cm, aço inox, autoclavável.	UND	<b>20</b>			
<b>53</b>	<b>PINÇA AUXILIAR</b> para	UND	<b>20</b>			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	sutura, metálica, 18 cm					
54	<b>PINÇA DISSECCÃO</b> - 15cm; Material em aço inox; Autoclavável - pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecação, tipo ponta reta com dente, comprimento 14 cm, características adicionais delicada.	UND	20			
55	<b>PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA COM DENTE</b> 14cm - c/ travas; em Aço Inoxidável; Ponta curva, c/ serrilha. Pinça hemostática de KOCHER 16cm curva, em aço inox.	UND	20			
56	<b>PINÇA MOSQUITO</b> - 12cm; Aço Inoxidável; Autoclavável - pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo HALSTEAD mosquito, tipo ponta curva, comprimento 12 cm.	UND	20			
57	<b>PORTA AGULHA MAYO HEGAR</b> 14cm - em aço inoxidável; Porta Agulha Mayo Hegar com serrilha.	UND	10			
58	<b>SONDA CLÍNICA EXPLORADORA</b> nº 5 - Cabo em alumínio anodizado; Autoclavável.	UND	10			
59	<b>SONDA WILLIAMS MILIMETRADA DUPLA</b> - Inox - Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo periodontal, características adicionais milimetrada, modelo Williams, cabo com 2 pontas ativas rombas e arredondadas.	UND	15			
60	<b>SONDA RHEIN LONGA NUMERO 1</b> Indicado para auxiliar na localização das entradas dos canais radiculares em endodontia.  <b>Marca de referência:</b> GOLGRAN ou com	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	qualidade equivalente ou superior.					
61	<b>SUGADOR CIRURGICO METALICO CURVO</b> - Sugador metálico cirúrgico, indicado para sucção de resíduos líquidos gerados durante procedimento cirúrgico odontológico. Em liga de metal cromado, autoclavável.	UND	60			
62	<b>SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO</b> É indicado para realizar a sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas.  <b>Marca de referência:</b> ICE ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	20			
63	<b>TESOURA CIRURGICA RETA</b> 12 cm - Aço; Autoclavável - tesoura cirúrgica íris, em aço inox, com forma reta, ponta romba, com o comprimento de 12 cm aproximadamente.	UND	20			
64	<b>TESOURA CIRÚRGICA RETA</b> 15 cm - Autoclavável - Tesoura cirúrgica reta, ponta fina. Em aço inox, medindo 15 cm, para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retira pontos. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável ponta reta.	UND	20			
<b>TOTAL GERAL DO LOTE III R\$.</b>						

<b>LOTE IV – MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (DESCARTÁVEIS)</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA</b> - madeira com 100 unid. Abaixador língua, material madeira, tipo	PCT	20			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	descartável, comprimento 14 cm, formato tipo espátula, largura 1,50 cm, espessura 2 mm					
02	<b>AFASTADOR ODONTOLÓGICO</b> , material plástico, tipo labial com retrator de bochecha e língua. Esterilidade autoclavável, tamanho adulto.	UND	15			
03	<b>AFASTADOR ODONTOLÓGICO</b> – afastador odontológico, material silicone, tipo abridor de boca, esterilidade autoclavável, formato bloco, tamanho infantil.	UND	15			
04	<b>AGULHA GENGIVAL</b> descartável, calibre <b>G-30 curta</b> , confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, fabricada em conformidade com Portaria INMETRO nº 501 de 29/12/2011, validade mínima de 2 anos. <b>Marca de referência:</b> <i>DFL ou com qualidade equivalente ou superior.</i>	CAIXA C/ 100 UN	100			
05	<b>AGULHA GENGIVAL</b> descartável, calibre <b>G-30 longa</b> , confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, fabricada em conformidade com Portaria INMETRO nº 501 de 29/12/2011, validade mínima de 2 anos. <b>Marca de referência:</b> <i>DFL ou com qualidade equivalente ou superior.</i>	CAIXA C/ 100 UN	100			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

06	<b>ALGODÃO ODONTOLÓGICO EM ROLETE</b> - rolete de algodão para afastamento da bochecha e absorção de líquidos em tratamento odontológico. Confeccionadas com fibras 100% algodão, macias e com ótimo poder de absorção, tamanhos: número 1 (fino e rígido) e número 2 (espesso e macio). <b>Marca de referência:</b> CREMER ou com qualidade equivalente ou superior.	PCT C/100 UN	150			
07	<b>BABADOR ODONTOLÓGICO</b> , em plástico, dimensões 50X60cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	100			
08	<b>CAMPO PARA BANCADA</b> descartável. Pacote com 100 unidades.	PCT C/100 UN	60			
09	<b>COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES</b> - 13 L coletor material perfurocortante, material papelão, capacidade total 13 l, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade e, tipo uso descartável	UND	90			
10	<b>CONE R25 SIMILAR</b> Os cones gutta-percha são indicados para procedimentos de obturação dos condutos radiculares. <b>Marca de referência:</b> MK LIFE ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA C/60 UN	10			
11	<b>CONE MISTO</b> Os cones gutta-percha são indicados para procedimentos de obturação	CAIXA C/60 UN	05			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	dos condutos radiculares. <b>Marca de referência:</b> MK LIFE ou com qualidade equivalente ou superior.					
12	<b>CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA</b> - caixa com 100 unid. Cunha odontológica, material madeira, tipo anatômica, aplicação restauração interproximal, tipo ponta fina, características adicionais seção triangular, lisa, cores sortidas	CAIXA	25			
13	<b>ESCOVA ROBSON RETA CA</b> - escova de Robson reta fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma; indicada para profilaxia e microabrasão. Igual ou superior American Burrs. Prazo de garantia mínima 12 meses.	UND	30			
14	<b>FICHA PARA RAIOS X</b> c/ 2 furos	BEM. C/ 100 UN	20			
15	<b>FILME RADIOGRÁFICO</b> periapical adulto – filme radiográfico (3 x 4 cm), para uso odontológico, incidência periapical e interproximal, processamento manual ou automático, velocidade intermediária (velocidade e)	CAIXA C/ 150 UN	15			
16	<b>FILME RADIOGRÁFICO</b> periapical infantil	CAIXA C/ 150 UN	10			
17	<b>FIO SUTURA</b> seda preta trançada 4-0 com agulha triangular fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, cor preta, comprimento 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante,	CAIXA	90			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	comprimento agulha 1,60 cm, esterilidade estéril. <b>Marca de referência:</b> <i>PROCARE ou com qualidade equivalente ou superior.</i>					
18	<b>FIO DE SUTURA</b> , nylon monofilamento, 4-0, preto, 45 cm, com agulha 1/2 círculo cortante triangular, 1,50 cm, estéril, caixa com 24 envelopes. <b>Marca de referência:</b> <i>PROCARE ou com qualidade equivalente ou superior.</i>	CAIXA	100			
19	<b>FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO</b> - unidade de fornecimento: frasco 500 ml	FRASCO	60			
20	<b>GAZE</b> , pct c/500 unid, compressa gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm <sup>2</sup> , modelo cor branca, isenta de impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 7,50 cm, dobras 5 dobras, característica adicional: descartável.	CAIXA	300			
21	<b>KIT POSICIONADOR RADIOGRÁFICO</b> adulto autoclavável. Possibilita uma visão em conjunto dos elementos dentais da região de incidência de tecido ósseo adjacente. Durabilidade, enquadramento, fácil posicionamento e praticidade. <b>Marca de referência:</b> MAQUIRA ou com qualidade equivalente ou superior.	UND	15			
22	<b>KIT POSICIONADOR RADIOGRÁFICO</b> infantil autoclavável. Possibilita uma visão em conjunto dos elementos dentais da região	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	de incidência de tecido ósseo adjacente. Durabilidade, enquadramento, fácil posicionamento e praticidade. <b>Marca de referência:</b> MAQUIRA ou com qualidade equivalente ou superior.					
23	<b>LÂMINA DE BISTURI</b> - material aço inoxidável, tamanho nº 15, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais: embalada individualmente	CAIXA	25			
24	<b>LÂMINA DE BISTURI nº 12</b> , material aço carbono, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais: embalada individualmente	CAIXA	15			
25	<b>LUVA LÁTEX</b> descartável - caixa com 100 unid. Luva de látex p/ procedimento não cirúrgico, s/ talco, descartável, ambidestra - Tam. <b>P.</b>	CAIXA C/100 UN	150			
26	<b>LUVA LÁTEX</b> descartável - Luva de látex p/ procedimento não cirúrgico, s/ talco, descartável, ambidestra - Tam. <b>M.</b>	CAIXA C/100 UN	150			
27	<b>LUVA LÁTEX</b> descartável - Tam. <b>G.</b> Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.	CAIXA C/100 UN	100			
28	<b>LUVA LÁTEX</b> descartável - tam. <b>PP</b> Luva para procedimento não cirúrgico,	CAIXA C/100 UN	150			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	material látex natural íntegro e uniforme, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração					
29	<b>LUVA DE VINIL</b> descartável – Tam M	CAIXA C/100 UN	150			
30	<b>MÁSCARA CIRÚRGICA</b> - máscara cirúrgica dupla descartável com elástico, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único.	CAIXA C/50 UN	200			
31	<b>MICROBRUSH</b> - Haste flexível. <u>Marca de referência:</u> ALLPRIME ou com qualidade equivalente ou superior.	CAIXA C/100 UN	50			
32	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO</b> em uso odontológico. Lente fabricada em policarbonato, armação em nylon regulável e flexível. Filtra 99,9% de raios violeta.	UND	25			
33	<b>PAPEL CARBONO</b> para articulação dupla face, uso odontológico	UND	40			
34	<b>PLACA DE VIDRO</b> odontológica medindo aproximadamente 6 mm de espessura, procedência nacional; validade mínima de 12 meses	UND	20			
35	<b>POTE DAPPEN PLÁSTICO</b> - Pote Dappen de plástico para ser utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico, sua composição à base de	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	silicone permitindo ser totalmente esterilizável em autoclave a 137°C, garantindo boa resistência ao produto, possuindo duas cavidades para as manipulações. Prazo de garantia mínima 12 meses.					
36	<b>POTE DAPPEN VIDRO</b> - pote odontológico, material vidro, formato cilíndrico, transmitância transparente, características adicionais 2 cavidades, tipo Dappen, tamanho 4 x4 cm	UND	10			
37	<b>SUGADOR</b> , material PVC, tipo saliva, características adicionais c/ arame, tipo uso estéril, descartável	PCT C/40 UN	150			
38	<b>TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO</b> - tira de lixa de poliéster, resina e oxido de alumínio com centro neutro, para acabamento e polimento de restaurações de resina composta, granulação fina, medindo 2.5 x170mm, em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação	CAIXA	25			
39	<b>TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO</b> - tira de lixa de aço inox, para acabamento e polimento de restaurações de amalgama, em envelope com 12 tiras de 4mm de largura, embalada individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação	CAIXA	25			
40	<b>TIRA DE MATRIZ DE AÇO</b> 0,05 x 7mm - matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 7 mm, tipo uso descartável	CAIXA	25			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

41	TIRA DE MATRIZ DE AÇO 0,05 x5mm - matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 5 mm, tipo uso descartável	CAIXA	25			
42	TIRA DE POLIÉSTER - tira de lixa, de poliéster, indicada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.	CAIXA C/ 150	15			
43	TOUCA CIRÚRGICA SANFONADA descartável TNT com elástico touca cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em tecido não tecido (TNT), clipada e sanfonada, tamanho único. Gramatura mínima: 20g/m2.	PCT C/100 UN	80			
<b>TOTAL GERAL DO LOTE IV R\$.</b>						

LOTE V – APARELHOS ODONTOLÓGICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL - Bivolt - Aparelho amalgamador capsular digital; máximo de 5000RPM; compatível com todas as marcas e modelos de cápsulas de amalgama e ionômeros de vidro; sistema de amortecedor para as vibrações; com tampa de acrílico; voltagem de 127/220V.	UND	04			
2	APARELHO ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - Bivolt - APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	UND	03			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	<p>sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezelétrico que transmite a peça de mão movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequências na faixa de 29khz a 32khz. Jato de bicarbonato: utiliza bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies e através de um sistema de geração de partículas o mesmo fica em suspensão e são inseridos num jato de ar comprimido. Descrição: chave liga /desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência; ajuste do nível da potência ultrassônica; uso em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável; caneta do jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico</p>					
3	<p><b>AUTOCLAVE 21L</b> Bivolt - Autoclave aço inox 21L bivolt: autoclave digital com display de LCD, câmara horizontal e sistema com</p>	UND	04			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	microcontrolador. Desaeração e despressurização: automática. Secagem: automática (com porta fechada), capacidade: 21 LITROS, potência: a partir 1.100 Watts, voltagem bi volt automático 127 V 220 V, contendo 2 bandejas de alumínio anodizado, com manual de instruções e registro na ANVISA.					
4	<b>CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO RADIO-GRÁFICA</b> - câmara escura revelação raio x, material plástico, uso portátil, componente abertura c/ angulagem, componente 1 base removível, acessórios c/ luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1 até 5 recipientes, adicional c/ luz led.	UND	02			
5	<b>FOTOPOLIMERIZADOR / CLAREADOR LED</b> , sem fio - Bivolt - equipamento odontológico, tipo fotopolimerizador, aspecto físico base peça de mão sem fio, material ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, fonte luz led, instalação elétrica, componentes protetor ocular	UND	06			
6	<b>KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO:</b> 1 turbina push button + 1 contra ângulo push button + 1 micromotor - conjunto turbina de alta rotação micromotor contra angulo e peca reta – conjunto de peças de mão odontológicas, composto por turbina de alta rotação, micromotor , contra angulo e peca reta, acionamento pneumático, confeccionados	UND	04			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	<p>em alumínio e latão niquelado e cromado, alta rotação alta rotação pressão mínima de trabalho de 32 libras, velocidade rotação entre 350.000 a 400.00 rpm, adaptação de brocas : push button, esterilizável em autoclave, micromotor com encaixe universal tipo borden de dois furos, sistema de encaixe intramatic, velocidade rotação entre 000 a 20.000 rpm com torque excepcional, contra angulo encaixe intramatic com spray único, sistema troca brocas c/fecho na cabeça, relação de transmissão 1:1, adaptador tipo fg, encaixe universal, peça reta com spray único, sistema de troca brocas por fecho de anel, encaixe intramatic, rotação mínima de 20.000 rpm com torque excepcional, passível de esterilização em autoclave até 135 graus celsius por no mínimo 1000 ciclos, acessórios: lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação com ação detergente e bactericida, embalagem apropriada que garanta a integridade do produto, acompanha manual de instrução em português, garantia mínima de 12 meses, constando externamente nome ou marca, número de série, modelo, símbolos gráficos, o produto deves obedecer as normas e legislação vigente.</p>					
7	<p><b>RAIO X ION 70x Móvel Digital odontológico - Bivolt; Coluna móvel - Aparelho de Raio X Odontológico de Coluna: Braço articulável com movimentação vertical e</b></p>	UND	02			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	horizontal; construído em ferro fundido; rodas; freio para travamento; Tempo de exposição controlado por dispositivo eletrônico digital; colimador de chumbo; Cabo espiralado disparo mínimo 5mts de distância; Articulações com movimentos de 360°; Pintura com tinta poliuretana; Laudo de Radiação de Fuga; Modelo 70 KV; Voltagem 127 e 220v (conversão manual)					
8	<b>SELADORA DE PAPEL</b> grau Odontológica de mesa com Guilhotina - Bivolt - SELADORA para selar e cortar embalagem de papel grau cirúrgico. Características adicionais: seladora de mesa, com acionamento manual por meio de guilhotina. confeccionada em aço carbono, com sistema para aquecimento com resistência blindada, pintura epóxi eletrostática na cor branca. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200v) automático. Com manual de instruções em Português. Material novo, sem uso, 1ª linha. Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação	UND	06			
<b>TOTAL GERAL DO LOTE V R\$.</b>						

LOTE VI – MATERIAIS PERMANENTES (INSTRUMENTAIS)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>BROCA CARBIDE</b> esférica 2 FG	UND	40			
2	<b>BROCA CARBIDE</b> esférica 5 FG	UND	40			
3	<b>BROCA CARBIDE</b> cirúrgica	UND	40			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	broca alta rotação, Carbide, tronco cônica, picotada, haste regular, cirúrgica, ref. 702.					
4	<b>BROCA CIRÚRGICA</b> esférica FG nº 6 broca cirúrgica esférica Carbide nº 6 - haste longa.	UND	40			
5	<b>BROCA CIRÚRGICA</b> esférica FG nº 6 broca cirúrgica esférica Carbide nº 6 - haste curta.	UND	40			
6	<b>BROCA CARBIDE CA Nº 2</b> broca alta rotação, material: Carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio	UND	40			
7	<b>BROCA CARBIDE CA Nº 4</b> broca alta rotação, material: Carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio	UND	40			
8	<b>BROCA CARBIDE CA Nº 6</b> broca alta rotação, material: Carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio	UND	40			
9	<b>BROCA CARBIDE CA Nº 8</b> broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material Carbide, formato esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, ref: 8	UND	40			
10	<b>BROCA DIAMANTADA 1190 FF</b> - broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte extrafino: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195	UND	60			
11	<b>BROCA DIAMANTADA 2135 FF</b> broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato cilíndrica, característica adicional topo ogival, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 2135	UND	60			
12	<b>BROCA DIAMANTADA 2214 FF</b> broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato cilíndrica, característica	UND	60			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	adicional topo ogival, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 2214					
13	<b>BROCA DIAMANTADA 3118 FF</b> broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte extrafino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195	UND	60			
14	<b>BROCA DIAMANTADA 3195 FF</b> broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte extra fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195	UND	60			
15	<b>BROCA DIAMANTADA 3215</b> broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato cilíndrica, característica adicional topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 3215	UND	60			
16	<b>BROCA ENDO Z FG</b> - para alta rotação	PCT	20			
17	<b>BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA</b> broca para uso odontológico; para motor; alta rotação; aço Carbide; tipo: ZEKRYA, ponta ativa no formato cônico, com seis lâminas helicoidais; para desempenho livre de vibrações, ponta ativa: 11 mm	UND	20			
18	<b>KIT ACABAMENTO E POLIMENTO PARA AMÁLGAMA CA</b> - kit acabamento/polimento de resina compostas contendo 06 pontas de borracha abrasivas em vários formatos (02 torpedos, 01 taça, 01 lentilha e 02 esferas).	CAIXA	20			
19	<b>KIT ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA CA</b> conjunto broca odontológica, quantidade de brocas 6, formato esférica/	UND	20			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	chama/ pera, referência multi set 12 lâminas em aço Carbide, uso para contra ângulo, aplicação acabamento e polimento de restaurações em amálgama (conjunto com 6 brocas cada)					
20	<b>LIMA 1025MM</b> - lima endodôntica k-file 2ª série n°45-80 de 31 mm, aço inoxidável colorinox, autoclavável din 1.4310 eletro-polida, pertencente classificação AISI 302, com cabo compatível para contra ângulo oscilatório er10 da nsk, caixa com 06 unidades.	CAIXA	15			
21	<b>LIMA 1ª SÉRIE TIPO K 25MM</b> lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo Kerr flexível, comprimento:31 mm, aplicação: digital, tamanho:1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo	CAIXA	15			
22	<b>LIMA 2ª SÉRIE TIPO K 25MM</b> lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento:25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série / 45 a 80, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo	CAIXA	15			
23	<b>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1012</b> brocas esféricas diamantada para alta rotação n° 1012 em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação,	UND	40			



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

	procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde (igual ou superior kg). Prazo de garantia mínima 12 meses.					
24	<b>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1014 BROCA WÍDIA</b> - brocas esféricas diamantada para alta rotação nº 1014 em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. (igual ou superior kg). Prazo de garantia mínima 12 meses.	UND	40			
25	<b>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1016</b> - brocas esféricas diamantada para alta rotação nº 1016 em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Igual ou superior kg. Prazo de garantia mínima 12 meses.	UND	40			
<b>TOTAL GERAL DO LOTE VI R\$.</b>						



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

**3.1** Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

**3.2** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

**3.3** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

**3.4** O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

#### **4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**4.1** A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se na justificativa deste Termo de Referência.

**4.1.1** O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

#### **5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

**5.1** A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada neste Termo de Referência.

#### **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

##### **6.1 Subcontratação**

**6.1.1** Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

##### **6.2 Garantia da contratação**

**6.2.1** Não haverá exigência da garantia da contratação.

#### **7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

##### **7.1 Condições de Entrega**

**7.1.1** Os materiais serão entregues de forma parcelada, de acordo com os pedidos emitidos pela Secretaria de Saúde.

#### **8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

**8.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**8.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

**8.3** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

**8.4** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

**8.5** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### **Fiscalização**

**8.6** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

### **Fiscalização Técnica**

**8.7** O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).

**8.7.1** O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#)).

**8.7.2** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#)).

**8.7.3** O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

**8.7.4** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

**8.7.5** O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

### **Fiscalização Administrativa**

**8.8** O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

**8.8.1** Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

### **Gestor do Contrato**

**8.9** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

**8.10** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

**8.11** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

**8.12** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

**8.13** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

**8.14** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

**8.15** O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento**

**9.1** Os produtos e materiais serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**9.2** Os serviços/peças poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**9.3** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo detalhado.



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

**9.4** Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05(cinco) dias úteis.

**9.5** O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

**9.6** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

**9.7** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

**9.8** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

**9.9** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º [da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

**9.9.1** O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

**9.10** Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

**9.10.1** o prazo de validade;

**9.10.2** a data da emissão;

**9.10.3** os dados do contrato e do órgão contratante;

**9.10.4** o período respectivo de execução do contrato;

**9.10.5** o valor a pagar; e

**9.10.6** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**9.11** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

**9.12** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

**9.13** A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

**9.14** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

**9.15** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

**9.16** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

**9.17** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

#### **Prazo de pagamento**

**9.18** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022](#).

**9.19** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

#### **Forma de pagamento**

**9.20** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**9.21** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**9.22** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**9.22.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**9.23** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

**10.1** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de PREGÃO ELETRÔNICO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

#### **Forma de fornecimento**

**10.2** O fornecimento do objeto será de forma parcelada.



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

### Exigências de habilitação

**10.3** Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### 10.3.1 Habilitação jurídica

**10.3.1.1 Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

**10.3.1.2 Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**10.3.1.3 Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

**10.3.1.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**10.3.1.5 Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

**10.3.1.6 Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**10.3.1.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

**10.3.1.8 Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

**10.3.1.9** Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### 10.3.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

**10.3.2.1** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**10.3.2.2** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**10.3.2.3** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**10.3.2.4** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**10.3.2.5** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**10.3.2.6** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**10.3.2.7** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

**10.3.2.8** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

#### **Qualificação Econômico-Financeira**

**10.3.3** Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;

**10.3.4** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#)).

#### **Qualificação Técnica**

**10.3.5 Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:**

**a) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena validade.**

**b)** Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de objetos com características semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo. Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão constar o papel timbrado da empresa emitente do atestado. (**caso seja necessário será realizado diligência para atestar a veracidade do documento**). Quanto ao(s) atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos quando apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimento dos objetos.

**c)** Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação, concedido pelo Ministério da Saúde/ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art.2º), Lei Federal nº 9.782/99 (art. 7º inciso VII), em cópia reprográfica da publicação no Diário Oficial da União – D.O.U. Para esta comprovação também serão aceitos “prints” de páginas do sitio da ANVISA, que estarão sujeito à confirmação pelo Setor Técnico competente. Não serão aceitos protocolos de solicitação de Autorização de Funcionamento.

**d)** Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal onde for sediada a empresa, com validade de acordo com legislação específica e tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art.2º) e



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Saúde

Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, não serão aceitos protocolos de solicitação de Alvará de Licença Sanitária.

e) Certificado de Registro de Produto ou isenção de Registro quando couber, emitido pela ANVISA do Ministério da Saúde, em cópia reprográfica da publicação no D.O.U. Para esta comprovação também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente. Não será aceito certificado vencido e não será aceito protocolo de solicitação de renovação de Certificado.

## 11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado total da contratação é de **R\$. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

11.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

## 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

12.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I. Órgão/Unidade:
- II. Projeto/Atividade:
- III. Elementos de Despesas:
- IV. Fonte de Recurso:

Teodoro Sampaio/BA, 13 de maio de 2024.

**Thaíse Cardoso de Almeida**  
Secretária Municipal de Saúde