

# Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Compra

**PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 20/07/2021**

**E-MAIL: [comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com](mailto:comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com)**



**Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão**  
**NPJ: 29.664.289/0001-25**

## FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

<b>EMPRESA:</b>			
<b>END. COMERCIAL:</b>			<b>CEP:</b>
<b>UF:</b>	<b>FONE/FAX:</b>	<b>CONTATO:</b>	
<b>INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL:</b>		<b>CNPJ:</b>	
<b>EMAIL:</b>			
<b>OBJETO:</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria individual realizados de forma contínua, com envio mensal e emissão de relatórios mensais para atender a unidade de Bioimagem da Policlínica Regional de Saúde da Região de Feira de Santana.			

### Cotação Serviço de Monitoração Pessoal (TDL e OSL)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa credenciada para prestação de Serviços de monitoração pessoal (Dosímetros Termoluminescentes - TDL e Luminescência opticamente estimulada OSL) individual externa com fornecimento mensal para a quantidade estimada de 9 (nove) usuários no período de 12 (doze) meses. Fornecimento dos registros das doses de radiação ionizante recebidas por cada usuário monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).	UND	9		
2	Contratação de empresa credenciada para prestação de Serviços de monitoração pessoal (Dosímetros Termoluminescentes - TDL e Luminescência opticamente estimulada OSL) monitor (dosímetro) padrão no período de 12 (doze) meses. Fornecimento dos registros das doses de radiação ionizante recebidas por cada usuário monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).	UND	1		
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$</b>

### VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

**JUSTIFICATIVA:** O dosímetro é um dispositivo utilizado junto ao corpo do técnico em radiologia, técnico em enfermagem e enfermeiro para avaliar a dose efetiva ou a dose equivalente acumulada em um dado período absorvida pelo indivíduo ocupacionalmente exposto a radiação ionizante. O dispositivo padrão é um aparelho de leitura indireta, mantido fora do alcance da radiação produzida no serviço, utilizado como base para a correção da radiação de fundo nos dosímetros individuais, incluindo qualquer exposição durante o trajeto. Essa solicitação está de acordo com a **Portaria 453/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**.

<b>VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS</b>	<b>PRAZO DE ENTREGA</b>
--------------------------------------	-------------------------

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

### ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 RG: \_\_\_\_\_

**CARIMBO DA EMPRESA**

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

[consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br](http://consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br)