



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Central

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Ano XIII - Edição nº 01530 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Central publica



Praça José de Castro Dourado | 22 | Centro | Central-Ba

www.central.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
86CE97F89F1AF73F12FEC1D26551C22A

Prefeitura Municipal de Central

SUMÁRIO

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009PE 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009 2023 - PARECER TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Central

Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CENTRAL
Juntos, Trabalhando Pelo Povo

PARECER TÉCNICO

Secretaria Municipal de Saúde
Responsável Técnico: Guelgue Oliveira de Almeida- Coordenador de Saúde Bucal

Processo Administrativo 009PE/2023
Pregão Eletrônico nº 009PE/2023

Objeto: Aquisição futura e eventual de material e equipamentos odontológicos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Central/BA


Após solicitação de desclassificação/inabilitação feita pela empresa Yago Vieira Delfante de Sousa Ltda. Sob nº de CNPJ 34.909.753/0001-36, referente ao não atendimento ao edital, onde o mesmo alega de que a empresa Miamimed Produtos Odontológicos Ltda. Não apresentou produtos compatíveis com o solicitado.

Foi alegado que o produto Raio-X apresentado pela empresa arrematante não possui a tecnologia "Gree" como especificado e que a intensidade de corrente do produto é superior ao solicitado, onde o mesmo em Edital solicita-se 7Ma e o Produto apresentado pelo arrematante da Marca Pro-X é de 8Ma, também foi alegado que para o mesmo produto o catalogo não possui indícios de veracidade, ou seja, o mesmo não possui ferramentas para consulta do descrito no mesmo. Outro levantamento feito é que a Autoclave apresentada pelo arrematante da Marca DentMed não possui os 6(seis) selos de segurança solicitado, informação que poderia ser consultada no catalogo da marca.

Após os levantamentos em questão, no intuito de manter a lisura deste processo e por não ter conhecimento específico, os mesmos foram levados a equipe técnica desta prefeitura para apreciação, que denotou o seguinte:

"Após análise aos catálogos apresentados pelo arrematante e posterior pesquisa nos sites responsáveis pelas marcas oferecidas, foi evidenciado que os mesmos não atendem ao descritivo solicitado por esta prefeitura, indícios esses relatados pela empresa Yago Veira Delfante de Sousa Ltda e confirmados por esta equipe, tais falhas apresentadas podem trazer prejuízo a esta prefeitura devido os produtos não poderem atender integralmente aos serviços e planejados e pleiteados pelas secretarias, as quais solicitaram que estes possuíssem tais características no intuito de preservar a integridade funcional de seus colaboradores, assim os produtos apresentados não possuem vinculação ao edital."

Central, Bahia, 18 de agosto de 2023



Secretaria Municipal de Saúde
Responsável Técnico -

Digitalizado com CamScanner